

預防接種業務及疫苗冷運冷藏管理輔導紀錄表

110 年 5 月核訂

受查單位：_____（醫療院所）

輔導日期：_____年____月____日

一、疫苗進出庫及疫苗冷運冷藏系統管理

| 項目 | 查核內容 | 查核結果 | 備註 |
|----------------------|---|--|----|
| 疫苗管理 | | | |
| 疫苗 專用 冰箱 管理 | (1)疫苗專用冰箱具有電源專用插座，並明顯標示及妥適固定(ex 膠布)，避免掉落。 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | |
| | (2)製作並於明顯處張貼「各類疫苗配置圖」，且與各類疫苗實際位置吻合；並依疫苗特性(活化、不活化)放置正確位置。 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | |
| | (3)冰箱內、外維持清潔，疫苗置於盒內排放整齊，應留空間，無放置疫苗以外符合規定之食物、藥品，且於冷藏櫃(室)內有放置輔助保溫之用品(ex 水寶、水瓶)。 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | |
| | (4)每項疫苗及稀釋液均有正確完整標示「疫苗標示牌」(疫苗名稱、劑型、有效年月日、批號、廠牌等)，且與該盒內實際疫苗相符。 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | |
| | (5)疫苗專用冰箱是否設置專人負責疫苗管理。 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | |
| | (6)抽查現場冰箱疫苗批號、數量與院所內電腦系統或紙本記錄疫苗結存數全數相符，並且每月皆有疫苗進出及盤點紀錄可查(疫苗結存，每月至少一次不定時稽核)，盤點紀錄有單位主管核章確認，資料留存 2 年供備查。 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | |
| 溫度監控設備管理 | | | |
| 1. 溫度 計 | (1)冷藏櫃(室)內部至少放置 2 個高低溫度計，且避開出風口。 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | |
| | (2)能正確判讀高低溫度計及紀錄。 (抽測當日記錄人員：受測者：_____) | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | |
| | (3)每支溫度計，每日早、晚各有一次溫度紀錄及簽名，異常高低溫時應有註記原因(如：疫苗進出庫或設備異常)，並且每週陳報單位主管確認核章，有一年內之溫度紀錄備查。 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | |

| | | | |
|--------------------|--|--|--|
| | (4)應於每半年(5月及11月)執行分層分區溫度監控作業，並留存紀錄備查。 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | |
| 2. 溫度 監視 設備 | (1)每項疫苗皆有放置一片開起引信且於效期內「溫度監視片」並確實紀錄：疫苗原廠溫度指數、出入庫日期、地點、溫度指數、疫苗名稱、批號等。 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | |
| | (2)每層架不活化疫苗，「同地點」放置2片效期內「冷凍監視片」，避開出風口及未直接接觸冰箱層架且無破裂。 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | |
| | (3)能說明「監測目的」及正確判讀溫度監視片及冷凍監視片之效期、變色指數及完整記錄。 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | |
| 3. 不斷 電系 統 | 發電機或UPS應每1-2週定期模擬台電停電測試，熟悉操作步驟及紀錄，且確實執行保養維護合約並有測試人員及主管核章，紀錄留存一年內備查。(現場操作人員：_____) | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | |
| 4. 緊急 應變 措施 | 建立疫苗專用冰箱溫度異常緊急應變處理流程，內含緊急聯絡人員資料(合約院所及衛生所至少3人，家中電話及手機)，及相關廠商、保全公司緊急聯絡電話，且符合實際狀況，公告張貼於冷藏櫃(室)明顯處。 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | |
| 5. 冰桶 (袋) 使用 | 依規公告冰桶、冰袋預冷使用方式，每次使用前確實執行及填寫項目查檢表，並留存一年備查。 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | |

二、預防接種實務工作

| 查核內容 | 查核結果 | 備註 |
|--|--|----|
| 1、規劃並公告預防接種流程及動線標示，且現場動線流暢；另門診掛號區、診察區及注射區均備有CDC最新公告之「各項疫苗接種間隔時間一覽表」、「疫苗最小接種年齡與最短接種間隔」、「國小新生預防接種檢查與補種作業」及相關重要訊息等文件資訊可查。 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | |
| 2、製作「疫苗樣品標示牌」，並與冰箱內現有之疫苗相符。(疫苗名稱、廠牌、接種時程、接種部位) | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | |
| 3、有急救設備及效期內之急救藥品(ex: Epinephrine, 效期：_____)及緊急轉送流程(流程需張貼) | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | |
| 4、預防接種實務規範及認知測試題5題，包括打錯針之預防措施(三讀五對)、溫度異常緊急處理流程、異常事件通報流程、接種後嚴重不良反應通報流程…等預防接種知識、學理、接種實務規範、新增政策措施…(共答對：_____題)。 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | |

備註：以上不合格之項目請於輔導後2週內限期改善，並進行複查作業。

三、增加溫度監控設備管理項目

| | 內 容 | 結 果 | 備 註 |
|---------|--|---|-----|
| 溫度持續紀錄器 | 冰箱內是否放置一顆正常運作之溫度持續紀錄器並擺放於該冰箱內「不活化疫苗的最低溫層」。 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 保全溫度監控 | 該單位疫苗專用冰箱是否有保全溫度監控，並於溫度異常時有警報系統通報。 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |

其他優點或建議改善事項：

一、優點或創新作為：

二、其他輔導或建議事項：

三、需改善及複查缺失無；有(請於 2 週內提交改善報告至所備查)，缺失如下：

受查單位：_____醫療院所

輔導單位：_____

受查人員：

輔導人員：

單位主管：

單位主管：

臺中市政府衛生局預防接種業務及疫苗冷運冷藏管理輔導紀錄表

106 年 1 月修訂

受查單位：_____ 醫院/診所

輔導日期：____年____月____日

複查日期： 年 月 日 (2 週內完成)

結果：

已改善缺失

尚未改善；原因與後續處置方式

受查單位：_____ 醫療院所

輔導單位：

受查人員：

輔導人員：

單位主管：

單位主管：